

QUESITO

In riferimento al vs. avviso esplorativo per n.1 ecooftalmografo facciamo presente che tra le condizioni di minima viene richiesto il software di ultima release in lingua italiana:

facciamo presente che su 10 ecografi presenti sul mercato oftalmico ci sono solamente 1/2 che hanno il software in italiano.

I medici oculisti ecografisti conoscono benissimo quelle quattro dizioni che ci sono nell'ecografo per cui questa inserimento come requisito minimo ci sembra portare ad un restringimento dei partecipanti meno concorrenza e di conseguenza prezzi piu' alti.

Chiediamo alla vs. amministrazione che elimini questa condizione di minima per poter avere un'ampia platea di partecipanti.

RISPOSTA

Attenersi al requisito minimo riportato nella scheda tecnica, in quanto è ciò che prevede la Direttiva 93.42 CE relativamente ai DM .

Tutto quanto è necessario alla guida all'uso dei dispositivi compreso l'interfaccia software deve essere in lingua italiana.