

## SCHEDA TECNICA PER ACQUISTO NUOVO AUSILIO

### **Quantità e tipologia di ausilio:**

1 Comunicatore Dinamico (ISO 22.21.09.033)

### **Prodotto uguale o equivalente a:**

HelpITablet

### **Specifiche tecniche dell'ausilio richiesto:**

- Display: 13"
- SO: Windows 10/11
- RAM: 4 GB o sup.
- Hard Disk: SSD da 128 GB o sup.
- Software di comunicazione: Grid 3
- Aggancio UDS posteriore per Rehadapt**

Garanzia secondo termini di legge

### **Assistenza richiesta:**

-

### **Prezzo di riferimento dell'ausilio**

€ 8.000

### **Luogo di consegna:**

Servizio Assistenza Protesica  
c/o Presidio Ospedaliero di Foligno, Piano terra  
tel. 0742/3397428  
Responsabile: Dr. Michele Guzzo  
Email: protesica.foligno@uslumbria2.it

### **Referente del Centro Ausili**

Dr.ssa Michela Lorenzini - michela.lorenzini@uslumbria1.it

Data 05/10/2022

Firma referente/i del Centro Ausili  
CENTRO AUSILI AZIENDALE - ARCA  
IL MEDICO FISIATRA  
Dott.ssa Michela Lorenzini