

Elenco riscontro chiarimenti - Affidamento della fornitura di n. 12 Coagulometri Poct in Full Risk e relative strisce per la determinazione del Tempo di Protrombrina per le esigenze dell'Azienda Sanitaria Usl Umbria 2 (durata di 36 mesi con opzione di durata pari a 24 mesi e opzione di decremento ed incremento del 50%) - Codice Pratica n. 043725ADmmk.

Chiarimento n. 1

In relazione all'avviso esplorativo riguardante la fornitura di 12 coagulometri POCT in full risk e relative strisce per la determinazione del tempo di protrombina si chiede di confermare che, nelle specifiche tecniche minime dell'analizzatore (Pagina 1 Allegato n°2) la richiesta di stampante integrata nell'analizzatore sia da considerarsi un rifiuto, in quanto alla scrivente non risulta che nessuna soluzione disponibile sul mercato sia dotata di questa funzionalità.

Riscontro Chiarimento n. 1

In relazione alla richiesta di chiarimenti riferiti all'avviso esplorativo, si precisa che verranno valutate offerte che consentano la produzione di un referto che certifichi l'associazione del dato analitico con il paziente (in formato cartaceo o informatizzato su pc).