

Allegato 3 - Requisiti privacy per ventiloterapia

M	Autenticazione e profilazione
G	Scrittura e conservazione dei log
M	Protocolli sicuri di comunicazione da e per il dispositivo
G	Encriptazione dei dati conservati nel dispositivo
M	Personale autorizzato, istruito e formato del responsabile ed eventuali sub responsabili
M	I trattamenti devono comunque avvenire nel territorio della UE
M	I Sub responsabili devono essere ubicati nel territorio della UE