



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

SIMAD S.R.L.

PEC: SIMAD@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: RDO MEPA n. 2583973/2020 "Fornitura ed installazione di un Sistema per Angiografia Portatile". Cod. pratica 008220PNfm - Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 smi

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice n.1 del 10/03/2021, trasmesso con nota prot. n. 0062723 del 26/03/2021:

"Ditta SIMAD SRL

1. Punto 11.1 della *Scheda tecnica caratteristiche tecniche minime: Paratia mobile anti x con visiva, di spessore 3 mm Pb eq, dotata di ruote antistatiche (rettificato con chiarimento al quesito n. 1 con risposta al punto 11.1: è ammessa l'offerta di paratie mobili con spessori pari a 2 mm di Pb eq.)*.

L'azienda dichiara quanto segue: "capacità di schermatura anti Rx della consolle operatore (mm Pb eq.): 2 pannelli da 0,5 mm Pb. eq."

L'offerta comporta la fornitura di un pannello avente schermatura totale pari a 1.0 mmPb eq, valore inferiore al minimo richiesto nel capitolato tecnico (2 mm di Pb).

Tali dichiarazioni si ritrovano nei seguenti documenti:

- Foligno Questionario.pdf – pag. 19, punto 9.6;

- ALL.A1 Scheda tecnica - Angiografo Portatile.pdf – pagina 4, punto 11.1;

2. Punto 10.2 della *Scheda tecnica caratteristiche tecniche minime: Doppio Display TFT non inferiore a 19" colore ad alta risoluzione e contrasto*.

L'azienda offre monitor monocromatici (bianco e nero) e non a colori, come richiesto nel capitolato tecnico, non rispettando le caratteristiche minime.

Tali dichiarazioni si ritrovano nei seguenti documenti:

- Foligno Questionario.pdf – pag. 16, punto 7.2.7;

- ALL.A1 Scheda tecnica - Angiografo Portatile.pdf – pagina 4, punto 10.2;

- 08 Scheda Tec Monitor Tmm, – Elenco dati tecnici di pagina 1

Per quanto evidenziato dai punti 1 e 2, la Commissione Giudicatrice ritiene che la ditta SIMAD SRL debba essere ESCLUSA dalla gara."

La Commissione, inoltre, stabilisce che, a seguito della suddetta esclusione, la visione delle apparecchiature offerte dalla suddetta ditta venga annullata.

Distinti saluti

Il RUP

Dott. Glauco Rossi

(f.to digitalmente)