



**SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: [aslumbria2@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it)

Spett.le Ditta

**BENEFIS S.R.L.**

PEC: [AMMINISTRAZIONE@PEC.BENEFIS-MEDICAL.COM](mailto:AMMINISTRAZIONE@PEC.BENEFIS-MEDICAL.COM)

**OGGETTO: (da citare obbligatoriamente nella corrispondenza)**

RDO MEPA n. 2942267: Fornitura di dispositivi taglienti monouso con sistema di sicurezza, per 24 mesi - Lotto n.2. Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) D. Lgs 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto per il Lotto n.2, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano le motivazioni contenute nella valutazione trasmessa dal Dipartimento di Assistenza Farmaceutica con nota Protocollo n. 0054339 del 07/03/2022:

*"La Ditta Benefis Srl ha offerto lame che NON hanno una percentuale di Cromo (Cr) tra 12-13,50% come invece richiesto nel capitolato tecnico. Quindi la Ditta Benefis NON è IDONEA."*

Distinti saluti.

L'istruttore

Maria Adelaide Simeone

**IL RUP**

Dott.ssa Fiammetta Mancinelli

*(firmato digitalmente)*