

Spett.le
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.
PEC: GEMSI@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: RDO MEPA n. 2583973/2020 “Fornitura ed installazione di un Sistema per Angiografia Portatile”. Cod. pratica 008220PNfm - Comunicazione esclusione, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 smi

Ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice n.1 del 10/03/2021, trasmesso con nota prot. n. 0062723 del 26/03/2021:

“Ditta GE OEC Medical Systems, Inc.

Punto 3.4 della *Scheda tecnica caratteristiche tecniche minime: l'apparecchiatura dovrà adottare una tecnologia capace di evitare l'interruzione della scopia durante la fase operatoria.*

L’azienda dichiara quanto segue: “Lo stato di riscaldamento di tubo e filamento è sempre visualizzabile sia a monitor che su touch panel. Una volta raggiunto l’80% del valore massimo viene visualizzato un messaggio di errore e disabilitato l’HLF (High Level Fluoro, tecnica di fluoroscopia ad alta dose), ma non viene variata la tecnica di esposizione standard. Se si raggiunge il limite massimo viene visualizzato un messaggio e contestualmente scatta un allarme sonoro in quanto, per prevenire danni al complesso RX, vengono disabilitati i raggi X fino a raffreddamento. In ambito clinico l’evento sopra descritto è estremamente raro”.

Tale dichiarazione si ritrova nei seguenti documenti:

- All A2 Questionario Tecnico Sistema Per Angiografia Portatile New – pag. 9, punto 3.4.6;
- ALL.A1 Scheda tecnica - Angiografo Portatile.pdf – pagina 2, punto 3.4.

Lo spegnimento dell’apparecchiatura dichiarato dalla Ditta non rispetta il criterio minimo richiesto; pertanto, la Commissione Giudicatrice ritiene che la ditta GE OEC Medical Systems, Inc. debba essere ESCLUSA dalla gara.”

La Commissione, inoltre, stabilisce che, a seguito della suddetta esclusione, la visione delle apparecchiature offerte dalla suddetta ditta venga annullata.

Distinti saluti

Il RUP
Dott. Glauco Rossi
(f.to digitalmente)