



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
III Piano - Scala C
Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742.339381
PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.
PEC: GARE.SHC@PEC.SIEMENS.IT

OGGETTO: RDO MEPA n. 2583973/2020 “Fornitura ed installazione di un Sistema per Angiografia Portatile”. Cod. pratica 008220PNfm - Comunicazione esclusione, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 smi

Ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice n.1 del 10/03/2021, trasmesso con nota prot. n. 0062723 del 26/03/2021:

“Ditta SIEMENS HEALTHCARE GMBH ERLANGEN

Punto 8.4 della *Scheda tecnica caratteristiche tecniche minime: Accensione apparecchio: entro 60 sec.*

L’azienda dichiara quanto segue: “tempo di accensione calcolato fino al momento dell’effettiva, completa disponibilità all’uso sul paziente dell’apparecchio (s) circa 90s.”

Tali dichiarazioni si ritrovano nei seguenti documenti:

- All A2 Questionario Tecnico Sistema Per Angiografia Portatile New – pag. 4, punto 1.21.4;
- ALL.A1 Scheda tecnica - Angiografo Portatile.pdf – pagina 3, punto 8.4.

Il valore dichiarato è superiore al valore massimo richiesto (60 sec) e, dunque, non rispetta le caratteristiche minime; pertanto, la Commissione Giudicatrice ritiene che la ditta SIEMENS HEALTHCARE GMBH ERLANGEN debba essere ESCLUSA dalla gara.”

La Commissione, inoltre, stabilisce che, a seguito della suddetta esclusione, la visione delle apparecchiature offerte dalla suddetta ditta venga annullata.

Distinti saluti

Il RUP
Dott. Glauco Rossi
(f.to digitalmente)