



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"  
III Piano - Scala 4/C Viale Luigi Chiavellati  
06034 Foligno (PG) tel. 0742339382

Ditta CISA PRODUCTION srl  
Via Enrico Mattei, 1  
55100 Lucca LU

pec: [cisaproductionsrl@legalmail.it](mailto:cisaproductionsrl@legalmail.it)

**Oggetto:** *(da citare obbligatoriamente nella corrispondenza)*

RdO MEPA n. 2946216/2022 Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) D. Lgs 50/2016 s.m.i.. Affidamento della fornitura di dispositivi per sterilizzazione per le esigenze dell'Azienda Usl Umbria 2 (durata 12 mesi) – Lotto n.3.  
Codice Pratica n.014721PNmp.

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto (Lotto n.3), in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano le motivazioni contenute nella valutazione trasmessa dal DAF con nota protocollo 0047810 del 28/02/2022: *“La Ditta CISA ha offerto un SISTEMA INFORMATIZZATO UNICO PER LA GESTIONE DELL'INTERO CICLO DI RICONDIZIONAMENTO DEI DM RIUTILIZZABILI E DEI FERRI CHIRURGICI, CON INTEGRAZIONE TOTALE DEI CONTROLLI SULLE VARIABILI DI PROCESSO (FISICI, CHIMICI, BIOLOGICI, RESIDUI ORGANICI SU FERRI E SUPERFICI) che presenta numerose criticità:*

- Innanzi tutto nel capitolato tecnico sono state richieste, in riferimento al Sistema di Tracciabilità, n.3 postazioni complete di n. 3 PC. n. 3 stampanti etichette di processo, n. 3 stampanti etichette permanenti, n.3 stampanti A4 e n.3 lettori BAR CODE invece la Ditta CISA ha offerto n.3 postazioni non complete perché è stata offerta solo n.1 stampante di etichette plastificate.*
  - Inoltre nel capitolato tecnico sono state richieste n.50.000 pezzi di KIT x Tracciabilità costituito da n. 50.000 pezzi di INTEGRATORE A SCORRIMENTO TIPO 5, n.50.000 pezzi STRISCETTA RIPOSIZIONABILE CON INDICATORE TIPO 1,, n.50.000 ETICHETTE A 3 TAGLI PER STAMPA DATI PROCESSO DI RICONDIZIONAMENTO, invece la Ditta CISA ha offerto n.10.000 pezzi indicatore chimico a vapore, n.10.000 pezzi etichetta riposizionabile con indicatore tipo 1; n.30.000 etichette a 3 tagli per stampa dati processo di ricondizionamento.*
  - La CISA ha offerto un indicatore chimico semplice a variazione di colore e non uno a scorrimento come richiesto.*
- In riferimento a questi due punti i dispositivi offerti sono di numero inferiore a quanto richiesto quindi l'offerta tecnica è incompleta.*
- Nel capitolato tecnico sono stati richiesti "pacchi per test biologici a vapore" e la Ditta Cisa ha offerto le fiale e non il pacco.*



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"  
III Piano - Scala 4/C Viale Luigi Chiavellati  
06034 Foligno (PG) tel. 0742339382

*Per quanto riguarda l'incubatore la Ditta CISA fa riferimento al codice EC-IB-000010-00 ma la scheda tecnica presentata fa riferimento ad un incubatore per prove biologiche con lettura a 24 minuti con codice EC-IB-000008-00. Inoltre per quanto riguarda i Biolumometri per la lettura dei tamponi, non sono presenti le schede tecniche dei tamponi.*

*Il sistema offerto dalla Ditta CISA prevede un Hardware ma afferma: "Si richiede la disponibilità di un server fisico o macchina virtuale net quale poter installare la parte backoffice del sistema (caratteristiche minime: CPU: Xeon E-21XX o simili (almeno 4 core), RAM: almeno 8 GB, HDD: almeno 250 GB, Windows 10/Windows Server 2012 o superiori.). I principali software che saranno installati sul server sono: Apache Tomcat, JRE, Oracle DB, JasperServer, Cisa TraceCare". Tutto 66 non è previsto nel capitolato tecnico.*

*In conclusione la Ditta CISA PRODUCTION SRL NON E'CONFORME".*

Distinti saluti

**L'istruttore**

Dott.ssa Mariella Pinchi

**Dirigente del**

**Servizio Acquisizione Beni e Servizi**

**Responsabile Unico del Procedimento**

Dott.ssa Patrizia Maestri (\*)

(\*) Documento sottoscritto digitalmente

PM

MP/mp