



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
III Piano - Scala C
Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742.339381
PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le Ditta
KALTEK SRL
PEC: KALTEK@LEGALMAIL.IT

OGGETTO: (da citare obbligatoriamente nella corrispondenza)

RDO MEPA n. 2942267: Fornitura di dispositivi taglienti monouso con sistema di sicurezza, per 24 mesi – Lotto n.2. Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) D. Lgs 50/2016 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto (Lotto n.2), in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano le motivazioni contenute nella valutazione trasmessa dal Dipartimento di Assistenza Farmaceutica con nota Protocollo n. 0054339 del 07/03/2022:

"La Ditta Kaltek ha presentato una scheda tecnica in cui sono presenti sia le lame in acciaio al carbonio, sia le lame in acciaio inossidabile quindi risulta difficile capire cosa offrono, tuttavia la campionatura delle lame indica un ref.4105 che corrispondono alle lame in acciaio al carbonio mentre nel capitolato vengono richieste lame in acciaio inossidabile con una percentuale di Cromo (Cr) tra 12-13,50%. Quindi la Ditta KALTEK NON è IDONEA."

Distinti saluti

L'istruttore
Maria Adelaide Simeone

IL RUP
Dott.ssa Fiammetta Mancinelli
(firmato digitalmente)