



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

NEWPHARM

PEC: gare@pec.newpharm.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “LAME MONOUSO PER SEGA RECIPROCA COLTELLARE E SEGA SAGITTALE OSCILLANTE DI VARIE FOGGE E DIMENSIONI (LUNGHEZZA, LARGHEZZA, SPESORE, MORFOLOGIA E DENTATURA) COMPATIBILI CON MOTORI STRYKER SYSTEM 8 (MACRO E MICRO MOTORI)” PER 36 MESI- RDO MEPA N. 2756875 - CODICE PRATICA: 000921PNfm- Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nella relazione di valutazione dell'idoneità e conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico, trasmessa dal Referente tecnico con nota prot. n. 0101345 del 21/05/2021:

“NEWPHARM”

La Ditta non presenta geometria concava del profilo di taglio delle lame previste al paragrafo b) e non soddisfa i requisiti minimi richiesti per quanto concerne le misure richieste.

Inoltre offre due famiglie di lame, quella denominata KM la Ditta dichiara che è "Materiale distribuito in confezione sterile. La confezione non riporta il simbolo del 2 barrato, per questo la lama, dopo opportune verifiche, può essere riutilizzata. Fare riferimento al simbolo riportato in etichetta per verificare la tipologia di sterilizzazione". L'opportunità del pluriuso, non prevista dal Capitolato Speciale di Appalto/Disciplinare di Gara, potrebbe essere fonte di utilizzi incongrui, non indica le "opportune verifiche" e la tipologia di sterilizzazione riportata in etichetta è Rx Only, metodica non attuabile in questa Azienda USL.

Parere tecnico: non idonea”

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Maestri
(firmato digitalmente)