



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
III Piano - Scala C
Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742.339381
PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le
VIGEO S.R.L.
PEC: GARE@PEC.VIGEOSRL.IT

OGGETTO: Fornitura di “Contenitori monouso per la gestione di campioni biotici con utilizzo di formalina in sicurezza”, suddivisa in 4 lotti, per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Cod. Pratica n. 031519PNfm - RDO MEPA n. 2427413/2019 - Comunicazione esclusione, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. – LOTTI N. 2, 3

Ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale della Commissione Giudicatrice n.1 del 25/02/2021, trasmesso con nota prot. n. 0044149 del 02/03/2021:

LOTTO 2 - OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI NON AMMESSI: “VIGEO SRL: non soddisfa il requisito minimo come da capitolato (reflusso della formalina nel tappo). I frammenti biotici possono tornare indietro nella camera superiore e andare dispersi con notevoli difficoltà e perdita di tempo nel recuperarli. Inoltre rimanendo privi di fissativo possono subire alterazioni irreversibili che ne rendono impossibile la diagnosi.”

LOTTO 3 - OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI NON AMMESSI: “VIGEO SRL: non soddisfa il requisito minimo come da capitolato (reflusso della formalina nel tappo). I prelievi possono rimanere privi di formalina e subire alterazioni irreversibili che ne rendono impossibile la diagnosi.”

Distinti saluti

Il RUP
Dott. Glauco Rossi
(f.to digitalmente)