



**SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: [aslumbria2@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it)

Spett.le Ditta

**SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.**

PEC: [SMITHS.UFFICIOGARE@PEC.IT](mailto:SMITHS.UFFICIOGARE@PEC.IT)

**OGGETTO: Procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 sul MEPA (RdO n. 2136462) per l'affidamento della FORNITURA DI "AGHI, CATETERI E VARIE GRUPPO CND C01 E A01" PER 36 MESI, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI - COD. PRATICA 035218PNfm - Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 smi**

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, relativamente al lotto n. 9, in quanto i dispositivi offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice:

Motivazione: "*Nel Capitolato Tecnico si richiede espressamente che la Ditta deve presentare un ago di misura 18G X 90 mm: poiché la Ditta Smiths Medical ha presentato un'offerta non rispondente al requisito richiesto, essendo la lunghezza dell'ago 80 mm, non viene ammessa alla fase successiva di valutazione e si esclude.*".

Distinti saluti

Il RUP

Dott. Glaucio Rossi  
(f.to digitalmente)