



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

ASPEN SANITAS S.r.l.

PEC: aspensanitas@registerpec.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “LAME MONOUSO PER SEGA RECIPROCA COLTELLARE E SEGA SAGITTALE OSCILLANTE DI VARIE FOGGE E DIMENSIONI (LUNGHEZZA, LARGHEZZA, SPESSORE, MORFOLOGIA E DENTATURA) COMPATIBILI CON MOTORI STRYKER SYSTEM 8 (MACRO E MICRO MOTORI)” PER 36 MESI- RDO MEPA N. 2756875 - CODICE PRATICA: 000921PNfm- Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nella relazione di valutazione dell'idoneità e conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico, trasmesso dal Referente tecnico con nota prot. n. 0101345 del 21/05/2021:

“ASPEN SANITAS”

La Ditta dichiara di offrire prodotti compatibili con motori Stryker System 8, ma nelle schede tecniche manca il System 8.

La Ditta non presenta certificazione di assenza di lattice, non presenta geometria concava del profilo di taglio delle lame previste al paragrafo b) e non soddisfa i requisiti minimi richiesti per quanto concerne le misure richieste.

Parere tecnico: non idonea”

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Responsabile Unico del Procedimento

*Dott.ssa Patrizia Maestri
(firmato digitalmente)*