



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

DE SOUTTER MEDICAL LTD

PEC: desoutteritalia@legalmail.it

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI “LAME MONOUSO PER SEGA RECIPROCA COLTELLARE E SEGA SAGITTALE OSCILLANTE DI VARIE FOGGE E DIMENSIONI (LUNGHEZZA, LARGHEZZA, SPESORE, MORFOLOGIA E DENTATURA) COMPATIBILI CON MOTORI STRYKER SYSTEM 8 (MACRO E MICRO MOTORI)” PER 36 MESI- RDO MEPA N. 2756875 - CODICE PRATICA: 000921PNfm- Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nella relazione di valutazione dell'idoneità e conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico, trasmessa dal Referente tecnico con nota prot. n. 0101345 del 21/05/2021:

“DE SOUTTER MEDICAL

La Ditta non presenta geometria concava del profilo di taglio delle lame previste al paragrafo b) e non soddisfa i requisiti minimi richiesti per quanto concerne le misure richieste.

Parere tecnico: non idonea”

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Maestri
(firmato digitalmente)