



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
Via L. Chiavellati - III Piano - Scala C
06034 Foligno (PG)

Spett.le ditta ARJO ITALIA SPA
VIA GIACOMO PERONI
ROMA

PEC: arjohuntelgihamm@legalmail.it

Oggetto: fornitura trasporto e montaggio di Beni Specifici per la Sanità per varie sedi aziendali RDO n. 2383802 – LOTTO n.1 – Comunicazione esclusione offerta.

A seguito verifica tecnica della gara in oggetto, da parte dell’Ufficio Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali, relativamente ai Letti Elettrici (n.25 unità) P.O. di Foligno e Riabilitazione di Trevi modello E5000X – si comunica che il dispositivo non è conforme, in quanto al punto 8 della scheda tecnica e del questionario per il fornitore dove è richiesto "inclinazione della sezione piede circa 0/30°", avete offerto un dispositivo con inclinazione di 16° che si ritiene inferiore a quanto richiesto.

Ciò premesso, con la presente, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, si comunica l’esclusione di codesto operatore economico dalla procedura in oggetto.

Distinti saluti.

RUP
Nazzareno Cristofani