

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

COLMA S.R.L.

PEC: COLMA@PECSICURA.IT

OGGETTO: Fornitura di n. 30 Ecotomografi da destinare a vari servizi, tramite Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della pubblica amministrazione (SDA) per la fornitura di apparecchiature elettromedicali. Cod. pratica 004519PRaa – LOTTO 4 - Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i dispositivi offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice n.1 del 23/01/2020, trasmesso con nota prot. n. 27745 del 06/02/2020:

“Motivazioni:

Nell'allegato 1 -*Allegato al capitolato tecnico per la fornitura di n. 30 ecotomografi per l'azienda USL Umbria 2. Al punto 2.4 – Ecotomografo portatile “fascia media”, (Lotto 4: N.6 Ecotomografo portatile “fascia media”) di cui al Capitolato d'oneri allegato alla lettera di invito per la partecipazione all'appalto specifico indetto dall'azienda USL Umbria 2 per l'affidamento della fornitura di n. 30 ecotomografi nell'ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per apparecchiature elettromedicali (Delibera C.S. n. 302 del 30/05/2019), si riportano le caratteristiche tecniche minime dell'ecotomografo portatile di fascia media (che, così come definite e indicate nell'Allegato al Capitolato tecnico, devono essere necessariamente possedute dalle Apparecchiature offerte).*

Nella Tabella “Caratteristiche tecniche minime” dell'ecotomografo portatile “fascia media” e relativi accessori, alla pagina 15/25, si chiede.

- *Capacità di supportare trasduttori da 1 ad almeno 14 MHz*

La ditta Colma srl, relativamente al punto sopra citato, nel documento denominato “*Questionario Fornitore Lotto4 Gara.pdf*”, alla pagina 3/32 confermato nella scheda tecnica denominata “*Logiq V2 Relazione tecnica.pdf*”, alla pagina 9/24, dichiara di offrire una apparecchiatura avente range massimo di frequenza pari a:

- *1.0 –13.0 MHz*”

Pertanto, non essendo rispettato tale requisito minimo, in applicazione del punto 1 dell'Allegato al Capitolato Tecnico, la Commissione Giudicatrice ritiene che la ditta Colma srl debba essere esclusa dalla gara limitatamente al LOTTO 4.

La Commissione, inoltre, stabilisce che, a seguito della suddetta esclusione, la visione delle apparecchiature offerte dalla suddetta ditta venga annullata.

Distinti saluti

Il RUP

Dott. Glaucio Rossi
(f.to digitalmente)