



USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

GEN 0149453 del 16/07/2019 ore 13:32:48

Tit.

Registro U

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Azienda Usl Umbria n.2

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

Via L. Chiavellati - III Piano - Scala C

06034 Foligno PG

tel. 0742.339381

pec: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

GE Medical Systems Italia S.p.A.

Via Galeno, 36

20126 Milano

P.E.C. GEMSI@legalmail.it

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura ed installazione di n.2 ecotomografi ginecologici per le UU.OO. di Ginecologia dei Presidi Ospedalieri di Foligno e Orvieto. R.d.O. 1980729/2018. (CIG 752168854B)

Comunicazione esclusione ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

In riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. si comunica l'esclusione dalla gara di codesta Ditta, in ragione di quanto risulta dal verbale della Commissione Giudicatrice dell'11 luglio 2019 e dalla Delibera del Commissario Straordinario n.48 del 15/07/2019 e precisamente “ [...] la Commissione Giudicatrice prende atto che l'Ecotomografo offerto dalla Ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A. è privo del supporto delle sonde transesofagee, come da dichiarazione rilasciata dalla stessa Ditta negli atti depositati nel giudizio pendente davanti al TAR Umbria.

La Commissione Giudicatrice rileva che non risulta barrata la casella del Questionario per il fornitore al punto 1.4, relativa alla sonda transesofagea, circostanza cui non è stato dato rilievo in sede di valutazione dell'offerta, in considerazione del fatto che, dalla documentazione tecnica prodotta dalla Ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A., risulta che l'Ecotomografo Voluson TM S10 BT 18 è predisposto per tutti i nuovi trasduttori in fase di progettazione e prossima introduzione sul mercato per le applicazioni specifiche intraoperatorie, endocavitarie, transesofagee, laparoscopiche ed endoscopiche, circostanza che la Commissione ha ritenuto rispondente ai requisiti richiesti in gara.

La Commissione Giudicatrice prende ora atto di quanto dichiarato dalla Ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A. nella documentazione prodotta avanti al TAR Umbria, da cui si evince che l'Ecotomografo Voluson TM S10 BT 18 non supporta la sonda transesofagea.

Conseguentemente la Commissione Giudicatrice rilevato che l'ecotomografo Voluson TM S10 BT 18 non risponde alle caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico, dispone l'esclusione della Ditta Ge Medical Systems Italia S.p.A..”



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Azienda Usl Umbria n.2
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
Via L. Chiavellati - III Piano - Scala C
06034 Foligno PG
tel. 0742.339381
pec: aslumbria2@postacert.umbria.it

Per eventuali informazioni o chiarimenti, contattare il RUP Anna Rita Bisogni tel. 0742/339388.

Distinti saluti.

