



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
III Piano - Scala C
Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)
Tel. 0742.339381
PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le
Spett.le BENEFIS S.r.l.
PEC: vendite@pec.benefis-medical.com

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI APPARATI TUBOLARI (DEFLUSSORI, REGOLATORI DI FLUSSO, PROLUNGHE – CND A03) E RACCORDI, TAPPI E RUBINETTI (CND A07) PER 24 MESI - Cod. Pratica: 008921PNfm - RDO MEPA n. 2765781 - Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i. – LOTTO N. 2

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel Verbale di verifica dell'idoneità e Rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico, trasmesso dal Referente tecnico con nota prot. n. 0094794 del 13/05/2021:

LOTTO 2: “La ditta BENEFIS S.R.L. produce una Scheda Tecnica conforme al capitolato e una campionatura che mostra una lunghezza complessiva di cm 150-160, inferiore a quella minima richiesta di cm 190 - 200 e non corrispondente a quella dichiarata nella propria Scheda tecnica (cm 200); si rilevano inoltre un posizionamento anomalo rispetto allo standard del barilotto/Regolatore di flusso, posto in prossimità della camera di gocciolamento anziché in prossimità del punto di iniezione a Y e la presenza di una clamp di chiusura del tubo anziché di un Roller come richiesto nei requisiti minimi. Si ritiene, per le ragioni appena esposte, il prodotto **non idoneo** a partecipare alla successiva valutazione economica.”

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Patrizia Maestri
(firmato digitalmente)