



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"  
III Piano - Scala 4/C Viale Luigi Chiavellati  
06034 Foligno (PG) tel. 0742339382

Ditta Stryker Italia s.r.l. S.U.  
Via A. G. Eiffel, 13\15  
00148 Roma (RM)

pec: [tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it](mailto:tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it)

**Oggetto:** (*da citare obbligatoriamente nella corrispondenza*)

Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Affidamento della fornitura di dispositivi vari per interventi di chirurgia ortopedica per le esigenze dell'Azienda Usl Umbria 2 (durata 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) - Cod. Pratica 0083120PNmp  
RdO MEPA n.2766156/2021.

Ai sensi dell'art.76 c. 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto (Lotto n.1), in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano le motivazioni contenute nella valutazione trasmessa dal DAF con nota protocollo n.122628/2021: *"La Ditta Stryker Italia s.r.l. S.U. presenta offerta per il Lotto n.1. Il prodotto offerto non soddisfa i requisiti minimi richiesti per quanto concerne la composizione del sistema che deve prevedere la presenza di almeno due cannule (a punta conica con paraspruzzi morbido e retta per il lavaggio del canale endomidollare) in confezione singola. Il Kit proposto ne contiene solo una cui deve essere aggiunta la seconda. La documentazione presentata non esplicita la tipologia di confezionamento e la conseguente modalità di prelevabilità".*

Distinti saluti

**L'istruttore**

Dott.ssa Mariella Pinchi

**Dirigente del  
Servizio Acquisizione Beni e Servizi  
RUP**  
Dott.ssa Patrizia Maestri (\*)

(\*) Documento sottoscritto digitalmente  
PM  
MP/mp