



**SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

III Piano - Scala C

Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)

Tel. 0742.339381

PEC: [aslumbria2@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it)

Spett.le

**LABOINDUSTRIA S.P.A.**

PEC: [LABOINDUSTRIAGARE@PEC.IT](mailto:LABOINDUSTRIAGARE@PEC.IT)

**OGGETTO: Fornitura di “Contenitori monouso per la gestione di campioni biotipici con utilizzo di formalina in sicurezza”, suddivisa in 4 lotti, per 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Cod. Pratica n. 031519PNfm - RDO MEPA n. 2427413/2019 - Comunicazione esclusione, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 smi – LOTTI N. 1, 3**

Ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i prodotti offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale della Commissione Giudicatrice n.1 del 25/02/2021, trasmesso con nota prot. n. 0044149 del 02/03/2021:

LOTTO 1 - OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI NON AMMESSI: “LABOINDUSTRIA S.P.A.: nell'utilizzo il campione prelevato può essere amputato nella fase di estrazione dell'ago, da parte della gomma del tappo.”

LOTTO 3 - OPERATORI ECONOMICI OFFERENTI NON AMMESSI: “LABOINDUSTRIA S.P.A: non soddisfa il requisito minimo come da capitolato (reflusso della formalina nel tappo). I prelievi possono rimanere privi di formalina e subire alterazioni irreversibili che ne rendono impossibile la diagnosi.”

Distinti saluti

Il RUP

Dott. Glauco Rossi  
(f.to digitalmente)