



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

Via L. Chiavellati - III Piano - Scala C

06034 Foligno PG - Tel. 0742 339.381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

B.BRAUN MILANO SPA

VIA V. DA SEREGNO 14

20161 MILANO

PEC: bbraun-mi@registerpec.it

OGGETTO: RdO MEPA n. 1934856 – Procedura ai sensi dell'art 36, c. 2, lett. b) del Codice, per l'affidamento della fornitura di AGHI CANNULA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA (2 lotti) – gara ANAC 7061365 - **Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 smi.**

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto relativamente al/i lotto/i sotto indicato/i in quanto i dispositivi offerti non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto, pari a 36 punti, né il punteggio minimo previsto per ogni singolo parametro, come indicati nel Capitolato di gara

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale della Commissione Giudicatrice:

- per il lotto n. 2 – AGO CANNULA MONOVIA PEDIATRICO CON SISTEMA DI SICUREZZA

Punteggio tecnico: 23

Motivazione: *“Il dispositivo offerto presenta ridotte dimensioni delle alette che comportano difficoltà nell'inserimento del dispositivo e il fissaggio del dispositivo stesso. Ritorno del piegamento della cannula difficoltoso”.*

Per eventuali informazioni o chiarimenti, contattare i seguenti recapiti:

- Dott. Glauco Rossi (RUP) – tel. 0743/201.457
- Sig.ra Michela Capoccia (Istruttore) tel. 0742/339.399

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Glauco Rossi

(f.to digitalmente)

MC/mc