



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"

Via L. Chiavellati - III Piano - Scala C

06034 Foligno PG - Tel. 0742 339.381

PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le

DELTAMED SPA

VIA GUIDO ROSSA 20

46019 VIADANA MN

PEC: deltamedspa@pec.it

OGGETTO: RdO MEPA n. 1934856 – Procedura ai sensi dell'art 36, c. 2, lett. b) del Codice, per l'affidamento della fornitura di AGHI CANNULA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA (2 lotti) – gara ANAC 7061365 - **Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 smi.**

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto relativamente al/i lotto/i sotto indicato/i in quanto i dispositivi offerti non hanno raggiunto il punteggio minimo richiesto, pari a 36 punti, né il punteggio minimo previsto per ogni singolo parametro, come indicati nel Capitolato di gara

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale della Commissione Giudicatrice:

➤ per il lotto n. 1 – AGO CANNULA CON SISTEMA DI SICUREZZA E CON VALVOLA DI INIEZIONE (DUE VIE)

Punteggio tecnico: 28

Motivazione: *“Il dispositivo della ditta Deltamed presenta ridotte dimensioni delle alette che comportano difficoltà nell'inserimento del dispositivo e il fissaggio del dispositivo stesso. Inoltre la seconda via dell'ago ha una tenuta ridotta e c'è una difficoltà di utilizzo. Difficoltà nell'attivazione del dispositivo di sicurezza. Il confezionamento non è stato possibile verificarlo perché la campionatura era sciolta”.*

Per eventuali informazioni o chiarimenti, contattare i seguenti recapiti:

- Dott. Glauco Rossi (RUP) – tel. 0743/201.457
- Sig.ra Michela Capoccia (Istruttore) tel. 0742/339.399

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Glauco Rossi

(f.to digitalmente)

MC/mc