



USL Umbria 2 - ASLUMBRIA2

GEN 0238764 del 11/10/2017 ore 13:43:45

Tit.

Registro U

KIMAL

VIAV. EMANUELE ORLANDO N. 10

06128 - PERUGIA (PG)

PEC: kimalsrl@comunicapec.it

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, su MEPA, per l'affidamento della fornitura di Materiale per medicazioni generali ed avanzate - Comunicazione di esclusione ai sensi art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta ditta, dalla procedura di gara in oggetto, in quanto, come comunicato anche tramite MEPA, il referente tecnico ha rilevato dalla documentazione tecnica esaminata, che i prodotti offerti non sono rispondenti ai requisiti richiesti nel capitolato speciale e precisamente:

- Lotto 2: "nel capitolato si richiedeva maglia tubolare sintetica, mentre il prodotto offerto TG MAGLIA TUBOLARE è cotone 67%+viscosa 33%; il prodotto Cellona stecche è conforme a quanto richiesto – complessivamente l'offerta NON E' IDONEA";
- Lotto 3: "offre un prodotto con alluminio – NON IDONEO";
- Lotto 8: "il valore di MVTR è inferiore al limite richiesto e il valore della permeabilità all'ossigeno espresso in l/m²/24h non è stato indicato. Prodotto non conforme – NON IDONEO";
- Lotto 10: "sono offerte bende a media estensibilità (circa il 90%, era richiesto <70%) – NON IDONEE e un laccio emostatico a catena di Hesmark – IDONEO. Complessivamente offerta NON IDONEA".

Distinti saluti.



Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Glauco Rossi

DP/dp