



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2

Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni

Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 593 del 15/09/2016

Oggetto: Intervento di manutenzione extra canone con sostituzione dell'incubatrice POLYCARE I inventario n. 30482 - Pediatria P.O. di Foligno.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 6178 del Servizio Proponente,
SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICA E MANUTENZIONI - INGEGNERIA CLINICA

Hash documento formato .pdf (SHA256):

99eda8ab45415dec15d9e689feb64f9230bd8191b8f35a2274c15923fee5b53e

Hash documento formato .p7m (SHA256):

83351dde36dd27bc988d7e15fb658bc09670657590e5af28aef479ecedbfd12a

Firmatari: Luigi Ambrogioni, PIETRO MANZI, Enrico Martelli

** Documento sottoscritto con firma digitale*

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)

(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 593 DEL 15/09/2016

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 50/2016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- Legge n° 266 del 23/12/2005 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*;

Motivazione:

Presso la U.O. di Pediatria del P.O. di Foligno è in uso l'incubatrice neonatale Ginevri modello OGB POLYCARE I inventario n. 30482 acquistata nel corso dell'anno 1995.

Il suddetto dispositivo in data 28/02/2016 è stata inviato, dal SIC esterno, presso la casa costruttrice, per la sostituzione del pannello di comandi frontale rotto a causa di urto.

La Ditta Ginevri, analizzando l'apparecchiatura ha riscontrato la necessità di sostituire, oltre al pannello frontale, anche altri componenti ritenuti obsoleti e non più affidabili; per questo ha richiesto al SIC un importo di € 5.781,76 + Iva.

Visto l'elevato costo della riparazione per la sostituzione, oltre al pannello frontale anche di altri componenti usurati, l'Ing. Enrico con nota prot. n. 38/AUSLUMBRIA2-FOL/2016 del 26/07/2016 ha comunicato la disponibilità della Ditta EBM mandataria dell'ATI aggiudicataria del SIC esterno, a sostituire l'incubatrice neonatale Ginevri modello POLYCARE I inventario n. 30482 con una nuova apparecchiatura, facendosi carico degli oneri per l'acquisto ed attribuendo all'Azienda USL Umbria2 soltanto la somma relativa al quadro anteriore, rotto a causa di urto, per € 2.2024,00 + Iva.

Quanto sopra in applicazione dell'art. 9.3 del C.S.A. *"interventi di riparazione di eccessiva onerosità rispetto al valore dell'apparecchiatura, la Ditta affidataria dell'appalto può proporre la sostituzione dell'apparecchiatura"* con la quale, con Delibera n. 97/2010 e successivo rinnovo con Delibera n. 493/2014, è stato affidato alla EBM mandataria ATI l'appalto per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell'UslUmbria2;

L'Ing. Enrico ha proposto la sostituzione dell'incubatrice Ginevri modello OGB POLYCARE I con una apparecchiatura con analoghe caratteristiche, BURKE & BURKE modello AIR INCU-i, di ultima generazione come quelle già presenti presso il reparto di Pediatria del valore di € 7.800,00 + Iva come risulta dal preventivo, agli atti dell'ufficio, trasmesso dal SIC.

Il dispositivo offerto dalla Ditta EBM è stato sottoposto alla visione del Direttore del Dipartimento Materno Infantile Dr.ssa Cortis, la quale ha espresso parere favorevole.

La proposta inoltrata dalla Ditta EBM è da ritenersi estremamente vantaggiosa per l'Azienda UslUmbria2 in quanto, a fronte di una spesa di € 2.024,00 + Iva relativa al costo per la riparazione del pannello a causa di urto, si potrà dotare la U.O. di Pediatria di una nuova incubatrice di ultima generazione.

Per quanto sopra si propone la sostituzione dell'incubatrice POLYCARE I inventario n. 30482 con il modello AIR INCU-i come previsto nell'art. 9.3 del C.S.A. con la quale, con Delibera n. 97/2010 e successivo rinnovo con Delibera n. 493/2014, è stato affidato alla EBM mandataria ATI l'appalto per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell'UslUmbria2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Per quanto sopra esposto;

SI PROPONE

1. di affidare la sostituzione dell'incubatrice POLYCARE I inventario n. 30482 con il modello AIR INCU-i come previsto nell'art. 9.3 del C.S.A. *“interventi di riparazione di eccessiva onerosità rispetto al valore dell'apparecchiatura, la Ditta affidataria dell'appalto può proporre la sostituzione dell'apparecchiatura”* alla Ditta EBM mandataria ATI, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, a fronte di un ordine per l'importo equivalente alla sostituzione del pannello frontale della vecchia incubatrice Ginevri;
2. di imputare l'importo pari ad € 2.024,00 + Iva al conto CO.GE. 2600300100 come da spesa preventivata nel bilancio di previsione 2016;
3. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale;
4. di trasmettere il presente atto al collegio sindacale.

L'istruttore

Alessandra Piccioni

Il Responsabile Procedimento

Il Responsabile della Pos. Org.

Manutenzione Apparecchiature

Elettromedicali

P.I. Giuseppe Consoli

Il Dirigente Servizio

Attività Tecniche

Manutenzioni Ingegneria Clinica

Ing. Luigi Ambrogioni