



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2**  
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni  
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 3400

Data 23/06/2015

**SERVIZIO PROPONENTE:** SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICA E MANUTENZIONI - INGEGNERIA CLINICA

**OGGETTO:** FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN ACCESSORIO SULL'APPARECCHIO RADIOLOGICO INVENTARIO N° 517508 PER L'ESECUZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI DEI SEGMENTI OSSEI LUNGI - DITTA CARESTREAM HEALTH ITALIA DI GENOVA - N. SMART CIG. ZDD15049D1

## DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 3400 DEL 23/06/2015

**SERVIZIO PROPONENTE:** ATTIVITA' TECNICHE MANUTENZIONI E I.C.  
P.O. MANUTENZIONI APP. ELETTROMEDICALI TERNI

### **Oggetto:**

### **Normativa di riferimento:**

- Legge Regionale n. 18 del 12/11/2012 “*Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale*” con cui è stata istituita a far data dal 01/01/2013 l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2, con sede legale provvisoria in Terni – V.le D. Bramante n. 37, per accorpamento dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 (ASL 3) con sede legale in Foligno e l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 (ASL 4) con sede legale in Terni, già istituite con L. R. n. 3/1998.
- D. Lgs. del 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.: “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm. e ii*”.
- D.P.R. 207 del 05/10/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

### **Motivazione:**

Con nota prot. n. 129075 del 19/11/14, la Responsabile del Servizio Diagnostica Immagini del P.O. di Narni-Amelia e del Polo Ambulatoriale di Terni, ha rappresentato la necessità di ripristinare le attività di acquisizione delle immagini radiologiche dei segmenti ossei lunghi in ortostasi, al fine di poter erogare tali prestazioni presso l’Area Sud di questa Azienda.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, è stato richiesto un preventivo alla Ditta Carestream Health Italia Srl, fornitrice dei sistemi per radiologia digitale dei DirectView System CR975, installati presso le Radiologie di Terni, Narni e Amelia, per la fornitura e l’installazione di un dispositivo per l’esecuzione di esami radiologici della colonna in toto, da utilizzare sulla diagnostica analogica inventario n° 517508, del Polo Radiologico di Terni.

La Ditta Carestream, con nota prot. n. 115.15.D.C/TM/sb del 27/03/15, ha trasmesso due diverse soluzioni:

Soluzione A: Sistema LONG LENGHT PORTABLE SYSTEM, costituito da una cassetta portatile del formato cm. 35x84, da una griglia con contenitore mobile su ruote, dalla licenza software per un CR e da un reticolo del formato cm. 30x90 importo richiesto € 6.000,00+ IVA;

Soluzione B: Sistema LONG LENTGHT IMAGING SYSTEM, costituito da un teleradiografo, da un dispositivo portacassette per un numero fino a 4 cassette con schermi ai fosfori fotosensibili, da un vano porta griglia anti-diffusione, da un pannello anteriore di copertura ad adesione magnetica e da un set di 4 cassette, importo richiesto € 15.000,00 + IVA.

Al fine di individuare la soluzione proposta più congrua per l'attività diagnostica di Terni, è stato chiesto il parere della Responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini di Terni, la quale, ha espresso parere favorevole per la soluzione A) ovvero:

1. Fornitura e posa in opera di un dispositivo LONG LENGHT PORTABLE SYSTEM, costituito da una cassetta portatile del formato cm. 35X84, da una griglia con contenitore mobile su ruote, dalla licenza software per un CR e da un reticolo del formato cm. 30X90, con un costo complessivo pari ad € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA.

Il finanziamento della spesa avverrà con i fondi accantonati per la manutenzione ciclica conto COGE 150070040, finalizzato all'esecuzione di quegli interventi che consentono di far fronte a tutte le inadeguatezze delle apparecchiature per eventuali guasti dovuti all'uso, o alla sostituzione di alcuni elementi e parti che comportano l'aggiornamento dell'apparecchiatura stessa, come riportato nella relazione tecnica del Dirigente di questo Servizio del 21/05/13, agli atti dell'Ufficio.

L'intervento di manutenzione ciclica, che sarà effettuato, per le motivazioni tecniche indicate nella allegata relazione tecnica redatta dal Collaboratore Tecnico Prof.le Gianluca Cinti in data 10.06.2015, potrà essere affidato alla Ditta Carestream Health Italia Srl di Genova, fornitrice esclusiva dei sistemi diagnostici di radiologia digitale DirectView System CR975, ai sensi dell'art. 57 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, alle condizioni tecniche ed economiche di cui alla proposta n. 115.15.D.C/TM/sb del 27/03/15 relativamente alla opzione A), per un importo complessivo pari ad € 6.000,00 oltre IVA.

**Tutto ciò premesso**

### **SI DETERMINA**

1. di affidare alla Ditta Carestream Health Italia Srl di Genova, l'intervento di manutenzione ciclica finalizzato alla fornitura ed alla installazione di un accessorio LONG LENGHT PORTABLE SYSTEM, costituito da una cassetta portatile del formato cm. 35X84, da una griglia con contenitore mobile su ruote, dalla licenza software per un CR e da un reticolo del formato cm. 30X90, per un costo complessivo pari ad € 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA, come da proposta n. 115.15.D.C/TM/sb del 27/03/15 opzione A).
2. di dare atto che la spesa di € 6.000,00 + IVA per un totale complessivo di € 7.320,00 IVA compresa è finanziata sul conto COGE 150070040 manutenzione ciclica programmata – Prenotazione fondi n. 900001806 del bilancio d'esercizio in corso.

L' Istruttore  
(Sig.ra D. Fabris)

Il Responsabile P.O. Manutenzioni  
App. Elettromedicali  
(P.I. G. Consoli)

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. L. Ambrogioni)

