

CHIARIMENTI

Procedura Ristretta per l'affidamento della fornitura di Sistemi diagnostico-analitici in service per l'allestimento di inclusioni in paraffina e per la colorazione in ematossilina eosina e montaggio dei vetrini (ISTOCHIMICA) per il Servizio di Anatomia Patologica Aziendale

QUESITO 2

- 1) Vengono richieste n. 2 stampigliatrici di vetrini ciascuna con almeno 3 caricatori. E' possibile offrire stampigliatrici di vetrini "on demand", ovvero una stampigliatrice dedicata per ogni postazione di taglio, ciascuna monocaricatore ?
- 2) Viene richiesto interfacciamento a LIS attualmente in uso per stampigliatrice di cassette. Qual è attualmente il LIS in uso ?

CHIARIMENTO 2

In merito ai quesiti posti si specifica che:

- 1) è possibile offrire una stampigliatrice di vetrini per ogni postazione di taglio purchè garantisca le stesse performance da noi richieste;
- 2) le stampigliatrici di cassette devono interfacciarsi con il sistema ATHENA della ditta Noemalife, in uso presso il nostro laboratorio.