

## **CHIARIMENTI**

**Procedura Ristretta per l'affidamento della fornitura di Sistemi diagnostico-analitici in service per l'allestimento di inclusioni in paraffina e per la colorazione in ematossilina eosina e montaggio dei vetrini (ISTOCHIMICA) per il Servizio di Anatomia Patologica Aziendale**

### **QUESITO 1**

1. E' possibile offrire un Processore che possiede una caratteristica equivalente all'alcolimetro chimico-fisico integrato in linea come da Voi richiesto e che garantisca la stessa performance ?
2. E' possibile offrire un Microtomo Automatico che possiede una modalità di sezionamento selezionabile equivalente a quella rocking da Voi richiesta e che garantisca la stessa performance ?
3. E' possibile offrire un Microtomo Automatico che possiede un sistema di orientamento del campione equivalente a quella da Voi richiesto e che garantisca la stessa performance ?
4. E' possibile offrire un Microtomo Automatico dotato di Piastra Fredda separata che garantisca la presenza del piano di raffreddamento come da Voi richiesto e che garantisca la stessa performance ?

### **CHIARIMENTO 1**

In merito ai quesiti posti si specifica che:

1. E' possibile offrire un processore con caratteristiche equivalenti a quello da noi richiesto che garantisca le stesse performance.
- 2., 3. e 4.  
E' possibile offrire un microtomo automatico con caratteristiche equivalenti per modalità di sezionamento, per sistema di orientamento e dotato di piastra fredda separata purché garantisca le stesse performance rispetto a quello da noi richiesto.