

Prot. n. 231666
del 03.10.2017

Laboindustria S.p.A
Via Matteotti, 37
35020 – ARZERGRANDE (PD)

pec: laboindustria@pec.it

Oggetto: R.d.O. n. 1664774/2017. Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n.3 centrifughe da laboratorio per il SIT e il laboratorio analisi del P.O. di Foligno. **Comunicazione di esclusione ai sensi art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..**

Ai sensi dell'art.76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si comunica l'esclusione di codesta Ditta, dalla procedura di gara in oggetto, in quanto il Referente Tecnico ha rilevato, dalla documentazione tecnica esaminata, quanto segue: "La Ditta Laboindustria non risulta rispettare quanto riportato al punto 3 della scheda tecnica, dove viene indicato - *Dotata di almeno 4 cestelli con possibilità di alloggiare fino ad un massimo di 48 provette complessive (12 provette per ogni singolo cestello)* - in particolare codesta Ditta consente l'alloggiamento di complessive 36 provette".

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Nadia Notari




NN
MP/mp
Codice pratica 023517PNmp

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
tel. 0744 2041 / fax 0744 303639

Sede Legale (provvisoria)
05100 - Terni Via D. Bramante 37

I.r. 11/2015 (s.m.i.)
p.iva / c.f. 01499590550