

PROT. M. 200700
del 29.08.2017

Pec:


Spett.le Ditta
Getinge S.p.A.
Via Giacomo Peroni, 400/402
00131 Roma
commerciale.getinge@pec.it

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n.1 autoclave a vapore saturo sotto pressione, da destinare al Blocco Operatorio del P.O. di Amelia. Codice pratica 021917PNmn.
Comunicazione di esclusione ai sensi art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.ii., si comunica l'esclusione di codesta Spett.le Ditta, dalla procedura di gara in oggetto, in quanto il Referente Tecnico ha rilevato, nella Documentazione tecnica, quanto segue: *"non conforme alle Caratteristiche Tecniche richieste, in quanto, la porta dell'autoclave offerta è costruita con lega di alluminio EN-AW 5754H111 invece che in acciaio inossidabile."*

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

D.ssa Nadia Notari




NN/nm