



**SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**  
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"  
III Piano - Scala C  
Via L. Chiavellati - 06034 Foligno (PG)  
Tel. 0742.339381  
PEC: [aslumbria2@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it)

Spett.le  
**B.BRAUN MILANO S.P.A.**  
PEC: [BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT](mailto:BBRAUN-MI@REGISTERPEC.IT)

**OGGETTO:** Procedura negoziata per la fornitura di “Fornitura di “Clips non assorbibili con chiusura a scatto per legatura di vasi e tessuti in chirurgia open e laparoscopica per 24 mesi” (RDO MEPA n. 2005004). Cod. Pratica: 010718PNfm - Comunicazione esclusione, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/2016 smi

Ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto, in quanto i dispositivi offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice:

Motivazione: “La ditta B.BRAUN che non è ammessa alla valutazione qualitativa in quanto non rispetta i requisiti minimi richiesti nel capitolato, nello specifico le Clips sono in titanio non radiotrasparente, non è presente il cardine attivo e sono senza curvatura”.

Distinti saluti

Il RUP  
Dott. Glaucio Rossi  
(*f.to digitalmente*)