

QUESITO 2 :

Siamo a chiedere per il Lotto 1 la possibilità di partecipare pur avendo una temperatura operativa compresa tra 15 e 40 gradi, in attesa di quanto sopra con la presente siamo a chiedere la possibilità di rinviare la scadenza della gara fissata per il 6.6.2014.

RISPOSTA 2 :

Il range di valori di temperatura operativa indicato nel capitolato per il LOTTO 1 indica in maniera esplicita i valori estremi compresi nell'intervallo di funzionamento: scrivere che il minimo deve essere minore o uguale a 10° C ed il massimo deve essere maggiore a uguale a 40° C vuol dire in maniera univoca che deve essere assicurato il funzionamento per tutti i valori di temperatura che cadono nell'intervallo tra 10 e 40 ° C compresi gli estremi. Un apparecchio con intervallo di temperatura operativa compreso tra 15 e 40° non è conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato di gara.

Non esistono i presupposti per rinviare la data di scadenza della gara.