

CHIARIMENTI

Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di Sistemi diagnostico-analitici in service per l'allestimento di inclusioni in paraffina e per la colorazione in ematossilina eosina e montaggio dei vetrini (ISTOCHIMICA) per il Servizio di Anatomia Patologica Aziendale

QUESITO 3

- 1) In relazione a : SISTEMI ANALITICI, vengono richieste Soluzioni CE-IVD soluzioni alcoliche e xilolo per processatore 3300 litri/anno.

Si chiede di specificare il fabbisogno dell'alcool ed il relativo titolo alcolometrico ed il fabbisogno dello xilolo

- 2) In relazione a : COLORATORE MONTAVETRINI, vengono richiesti kit di montaggio certificati CE-IVD e pronto uso.

Si chiede di specificare cosa si intende per "kit di montaggio"

CHIARIMENTO 3

- 1) I 3300 litri/anno delle soluzioni alcoliche e xilolo vanno così ripartiti: 1400 (mille e quattrocento) litri di alcool assoluto, 900 (novecento) litri di alcool 95 e 1000 (mille) litri di xilolo.
- 2) Per "kit di montaggio" vetrini si intende il liquido sintetico necessario per il montaggio dei vetrini.