



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
Centro Direzionale "Le Scale di Porta Romana"
Via L. Chiavellati - III Piano - Scala C
06034 Foligno PG - Tel. 0742 339.381
PEC: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL
VIA DEL MARE, 56
00071 POMEZIA

PEC: johnsonjohnsonmedical@postecert.it

OGGETTO: RdO MEPA n. 1861812– Procedura ai sensi dell'art 36, c. 2, lett. b) del Codice, per l'affidamento della fornitura di Sistema di trocar, cannule e riduttori (valvole) per accesso videolaparoscopico e trocar per accesso addominale con palloncino e punta smussa (2 lotti) – gara ANAC 6987427- **Comunicazione di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 smi.**
Codice prat. 004318PNdp

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto relativamente al lotto n. 2 in quanto i dispositivi offerti non rispondono ai requisiti generici e le caratteristiche tecniche e i requisiti minimi previsti dagli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale d'appalto/Disciplinare di gara.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale della Commissione Giudicatrice:

Motivazione: *"presenta un trocar per accesso addominale senza palloncino"*.

Per eventuali informazioni o chiarimenti, contattare i seguenti recapiti:

- Dott. Glauco Rossi (RUP) – tel. 0743/201.457
- Sig.ra Daniela Puletti (Istruttore) tel. 0742/339.393

Distinti Saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Glauco Rossi
(f.to digitalmente)

GR/dp