



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
P.O. di Foligno via M. Arcamone  
06034 Foligno  
tel.0742 3397545  
pec: [aslumbria2@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it)

Spett.le

BECTON DICKINSON ITALIA  
VIA E. CIALDINI 16  
20161 MILANO  
PEC: [bdufficiogare@legalmail.it](mailto:bdufficiogare@legalmail.it)

**OGGETTO:** Procedura sul MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) D.Lgs 50/16 per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici AGHI CND A01 (RdO 1454144), da aggiudicare ai sensi dell'art. 95, c.2 del Codice - **Comunicazione esclusione, ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/16 s.m.i.**

Cod. Pratica: 0224 16PNgl

Ai sensi dell'art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto relativamente ai lotti nn. 8, 9, 10 e 11, in quanto i dispositivi offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice:

➤ per il lotto n. 8 - AGO SPINALE CON PUNTA A MATITA TIPO WHITACRE

Motivazione: “*Nel Capitolato Tecnico si richiede espressamente di presentare aghi comprendenti di Introduttore: poiché la Becton Dickinson Italia non ha presentato offerta rispondente ai requisiti minimi richiesti, mancando di introduttore, non viene ammessa alla fase successiva di valutazione e si esclude*”

➤ per il lotto n. 9 - AGO PER EPIDURALE CON PUNTA DI TUOHY

Motivazione: “*Nel Capitolato Tecnico si richiede espressamente di presentare aghi con alette rigide a supporto dell'impugnatura: poiché la Becton Dickinson Italia ha presentato aghi senza tali alette e quindi non ha risposto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico, non viene ammessa alla fase successiva di valutazione e si esclude*”

➤ per il lotto n. 10 - KIT PER ANESTESIA PERIDURALE CONTINUA

Motivazione: “*Nel Capitolato Tecnico si richiede espressamente di presentare kit con siringhe da 10 ml a bassa resistenza: poiché la Becton Dickinson Italia ha presentato siringhe da 7 ml a bassa resistenza e quindi non ha risposto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico, non viene ammessa alla fase successiva di valutazione e si esclude*”



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  
P.O. di Foligno via M. Arcamone  
06034 Foligno  
tel.0742 3397545  
pec: [aslumbria2@postacert.umbria.it](mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it)

➤ per il lotto n. 11 - KIT PER ANESTESIA COMBINATA SPINALE-PERIDURALE

Motivazione: "Nei Capitolato Tecnico si richiede espressamente di presentare kit con siringhe da 10 ml a bassa resistenza: poiché la Becton Dickinson Italia ha presentato siringhe da 7 ml a bassa resistenza e quindi non ha risposto ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico, non viene ammessa alla fase successiva di valutazione e si esclude".

Distinti saluti.

II RUP  
Dott. Glauco Rossi  
*f.to digitalmente*

MC/mc