

Orvieto – Foligno 15/11/2018

Spett.le

EVOLUZIONE srl

ROMA

Pec: evoluzionesrl@legalmail.it

Cod. pratica 017818PNac

Oggetto: RdO n. 1976033 (ex 1946859) Fornitura Sonde di sostituzione per gastrostomia percutanea endoscopica. Comunicazione esclusione gara (art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.).

Ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, si comunica l'esclusione di codesta spettabile ditta dalla gara per l'aggiudicazione dei seguenti lotti per le motivazioni di seguito indicate:

LOTTO 1

In esito alle operazioni di gara, svolte nella seduta del 13/11/2018, la Commissione Giudicatrice non ha ammesso l'offerta di codesta ditta alla fase di valutazione tecnico-qualitativa in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti minimi e cioè: mentre nel capitolato erano richieste "misure da 14 Fr a 24 Fr" invece nella scheda tecnica del prodotto risulta una sola misura "20 Fr"

LOTTO 2

In esito alle operazioni di gara, svolte nella seduta del 13/11/2018, la Commissione Giudicatrice non ha ammesso l'offerta di codesta ditta alla fase di valutazione tecnico-qualitativa in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti minimi e cioè: il dispositivo proposto non è in possesso del sistema Enfit come richiesto dal Capitolato tecnico.

LOTTO 4

In esito alle operazioni di gara, svolte nella seduta del 13/11/2018, la Commissione Giudicatrice non ha ammesso l'offerta di codesta ditta alla fase di valutazione tecnico-qualitativa in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti minimi e cioè: il dispositivo proposto non è in possesso del sistema Enfit come richiesto dal Capitolato, ha un volume di gonfiaggio del palloncino interno maggiore di 10 cc, non ha la punta a scomparsa, il bumper di tenuta esterno non è dotato di distanziatore per la cute, non ha la punta rastremata.

Distinti saluti.

Il RUP

Dr. Andrea Ciucci