

QUESITO n. 1

Precisazioni relative al lotto 1:

- a) Se le caratteristiche tecniche richieste all'art.3 per sistemi e reattivi devono considerarsi indispensabili o meno
- b) Tra gli elementi di valutazione si attribuiscono 5 punti alla voce Anti HCV ; capacità di rilevare immunoglobuline di classe G ed M dirette almeno contro la regione Core NS3 ed NS4: vogliate confermare che saranno valutate anche regioni aggiuntive
- c) Se saranno accettate anche offerte che non contemplino tutte le tipologie di test richiesti o se invece la procedura è da intendersi a lotto intero. Nel primo caso vogliate precisare le modalità con cui le stesse saranno riparametrate in fase di attribuzione del punteggio

RISPOSTA n. 1

- a) Si conferma che le caratteristiche richieste all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto sono Caratteristiche tecniche di minima dei sistemi, da considerarsi pertanto indispensabili
- b) Si chiarisce che alla voce Anti HCV è richiesta capacità di rilevare immunoglobine di classe G ed M dirette almeno contro la regione Core NS3 e NS4, non saranno valutate regioni aggiuntive
- c) Si chiarisce che saranno accettate offerte che contemplino tutte le tipologie di test indicate nell' *Art. 1 – Oggetto e importo dell'Appalto* del Capitolato Speciale d'Appalto.