



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
P.O. di Foligno via M. Arcamone
06034 Foligno
tel.0742 3397545
pec: aslumbria2@postacert.umbria.it

Spett.le
TAU MEDICA S.R.L.
PEC: UFF.GARETAUMEDICA@PCERT.POSTECERT.IT

OGGETTO: Procedura negoziata sul MEPA per la fornitura di “Aghi cannula, cateteri e varie CND C01” (RDO N. 1517233/2017). Cod. Pratica: 030216PNgl - Comunicazione esclusione, ai sensi dell’art. 76, c. 5 lett. b) D.Lgs 50/16 smi

Ai sensi dell’art. 76 c. 5, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si comunica l’esclusione di codesta Ditta dalla procedura di gara in oggetto relativamente al lotto n. 10, in quanto i dispositivi offerti sono risultati non rispondenti ai requisiti minimi richiesti nel Capitolato Tecnico.

Di seguito, si riportano letteralmente le motivazioni contenute nel verbale di valutazione tecnica della Commissione Giudicatrice:

➤ **per il lotto n. 10 - ESTRATTORE DI VARICI - CND: C01901901**

Motivazione: “Nel Capitolato Tecnico si richiede espressamente che la Ditta deve presentare un estrattore costituito da un *filo in acciaio inox*: poiché la Ditta Tau Medica ha presentato un’offerta non rispondente ai requisiti minimi richiesti, essendo il filo costituito da poliammide ed ABS, non viene ammessa alla fase successiva di valutazione e si esclude”.

Distinti saluti

II RUP
Dott. Glauco Rossi
f.to digitalmente

GR/fm