

Prot. M. 174843
del 21.07.2017

Pec:

Spett.le
Medigas Italia
Via Edison, 6
20090 Assago (MI)
medigas.uffgare@pec.it

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento della fornitura di n.1 Sistema elettromiografico PC based ad alte prestazioni, adatto a studi clinici anche somatosensoriali, da destinare all'ambulatorio di neurologia del PES di Amelia.

Comunicazione di esclusione ai sensi art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si comunica l'esclusione di codesta Spett.le Ditta, dalla procedura di gara in oggetto, in quanto il Referente Tecnico ha rilevato che, la documentazione tecnica esaminata, "*non rispetta alcuni parametri, in particolare l'impedenza di ingresso, di frequenza di stimolazione e la durata dello stimolo. Offerta non conforme.*"

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

D.ssa Nadia Notari



NN

NM/nm

Codice pratica 019417

PNmn