

### **QUESITO n. 3**

- a) Volendo proporre la propria offerta alla gara in oggetto, facciamo presente che pur avendo tutte le caratteristiche di minima legittimamente specificate, relativamente ai calibratori, due di essi (per i parametri HIV e HAV) sono liofilizzati e quindi non pronti all'uso come da voi richiesto. Precisando che il loro utilizzo è da considerarsi solo al cambio di ogni lotto di reagente, chiediamo se potete accettare la nostra proposta, ammettendo anche offerte che non ne prevedano il 100% pronti all'uso.
- b) Un ulteriore chiarimento per quanto riguarda la richiesta del test HBc Ab (riga 7 pagina 3 del capitolato speciale): questo è stato richiesto come HBc Ab IgG e non HBc Ab totale (IgG+IgM). Si deve intendere come HBc Ab Ig totali ?
- c) Al punto 4b della griglia dei parametri di valutazione si specifica "Rispondenza del progetto alla realtà operativa e organizzativa del laboratorio". Chiediamo se, oltre a quanto richiesto e compatibilmente agli spazi messi a disposizione, la progettualità può considerare anche tecnologie che possono migliorare la gestione dei flussi e la tracciabilità dei campioni

### **RISPOSTA n. 3**

- a) Si conferma la richiesta di calibratori, reagenti e controlli pronti all'uso.
- b) Si chiarisce che l'offerta di test AntiHBcAb IgG o di test AntiHBcAb totali sarà ritenuta equivalentemente valida.
- c) Si conferma quanto richiesto al punto 4b della griglia dei parametri di valutazione. E' richiesta "rispondenza del progetto tecnico alla realtà operativa ed organizzativa del laboratorio". Si precisa che saranno comunque considerate anche progettualità con tecnologie che possono migliorare la gestione dei flussi e la tracciabilità dei campioni.