



ALLEGATO B3

La ditta oferente _____ dichiara che il prodotto offerto relativamente al **LOTTO 3** presenta i relativi requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione:

CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE VALORE	
L'analizzatore deve essere maneggevole e portatile (indicare dimensioni)	_____	
Sistema Ottico	SI	NO
Lettura display in lingua Italiana	SI	NO
Risultato in max 1 minuto	_____	
Tromboplastina Ricombinante con ISI= 1	SI	NO
Rilevamento ad ogni test di un controllo di qualità analitico, per la verifica dell'esame eseguito correttamente	SI	NO
Allarmi in caso di errore campionamento	SI	NO
Capacità di mantenere in memoria tutti i dati archiviati, anche in caso di scarica completa della batteria ricaricabile	SI	NO
Max volume campione 10 microlitri	_____	
Controllo di qualità (ambito terapeutico) integrato sul device di analisi	SI	NO
Allarme in caso di errore campionamento	SI	NO
Memorizzazione dati con ID paziente	SI	NO
Alimentazione sia a rete che a batteria (ricaricabile)	SI	NO
Possibilità di stampa del dato da rilasciare al paziente	SI	NO

Data

Firma del dichiarante e timbro dell'impresa
